



ID PROCEDURA N. 100714856 – Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale vario occorrente ai laboratori delle ATS della Brianza (ente capofila), di Bergamo, di Brescia, dell'Insubria e della Montagna.

DOMANDA del 14.09.2018

Buongiorno, in riferimento al lotto 4: *“si richiede di specificare cosa si intende per controllo interno.”*

RISPOSTA del 19.09.2018 – Integrazione ATS Insubria

Si riscontra la richiesta di chiarimenti, in data 14.09.2018, sopra richiamata, per comunicare la seguente, **ulteriore**, precisazione:

ATS Insubria - *“In risposta a quanto richiesto dall'impresa offerente per il prodotto del lotto 4 "Kit test di agglutinazione (possibilmente colorata) al lattice: Legionella con controllo interno" si specifica che il controllo interno si riferisce ad un controllo positivo per Legionella, un controllo negativo per Legionella ed un controllo del lattice, sufficienti per il numero di test del Kit”.*

Distinti saluti.

**F.to Il R.U.P.
Arch. Leonardo Sferrazza Papa**