



**ID PROCEDURA N. 88328962 – Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale vario per i laboratori delle ATS della Brianza (Ente Capofila), di Bergamo, di Brescia e della Montagna.**

**RISPOSTA CHIARIMENTI del 05.09.2017 pubblicati sul sito aziendale e sulla piattaforma Sintel in data 08.09.2017:**

***1. DOMANDA del 05.09.2017***

Buongiorno, in merito alla procedura, formuliamo i seguenti chiarimenti:

**LOTTO 1**

Si chiede di escludere i sub lotti L01-54 e L01-55 in quanto il prodotto ALOA è di esclusiva di una sola azienda.

In alternativa si chiede di poter offrire prodotto alternativo conforme alla ISO 11290, in questo caso si chiede di poter offrire nel sub lotto L01-55 due prodotti, e quindi di poter inserire nei moduli di offerta due codici;

**LOTTO 2**

Sub Lotto L05-02 Si chiede di verificare il prezzo di 2,475 € per flacone, sembra più corretto per ml.

Sub Lotto L05-08 Si chiede di verificare il prezzo di 14,25 € per KIT, sembra più corretto per ml.

Sub Lotto L05-09 Si chiede di verificare il prezzo di 21,25 € per KIT, sembra più corretto per singolo standard.

In questo caso si chiede anche di specificare quale livello di standard ( 0,5 – 1 – 2 – 3 - 4 ) e predisporre linee per inserimento delle offerte corrispondenti.

Sub Lotto L05-04 Si chiede confezione da 6 fiale, si chiede di poter offrire la confezione da 10 fiale

Sub Lotto L05-05 e L05-06 si chiede di verificare la descrizione “..... antimicrobic supplement”, non coerente con la caratteristica “dischetti”.

Sub Lotti L05-05 , L05-06 , L05-11, L05-11, si chiedono confezioni da 10 dischetti, si chiede di poter offrire conf. da 50 dischetti.

**LOTTO 3**

Si chiedono ceppi batterici al primo passaggio, si chiede di poter offrire ceppi al terzo passaggio. Chiediamo inoltre data la complessività della procedura il rinvio dei termini per la presentazione dell'offerta.

In attesa di un riscontro. Cordialmente.

***1. RISPOSTA del 08.09.2017***

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA**

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco

[www.ats-brianza.it](http://www.ats-brianza.it) - [info@ats-brianza.it](mailto:info@ats-brianza.it) - [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)



ATS Brianza

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI  
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche  
Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza

Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail [segreteria.approvv@ats-brianza.it](mailto:segreteria.approvv@ats-brianza.it)

In risposta al Vs. quesito del 05.09.2017, sopra riportato, si riportano di seguito i chiarimenti richiesti:

- a) L01 54 e 55: E' possibile fornire un prodotto alternativo purchè conforme alla norma ISO 11290;
- b) L05-02 :Da verifica effettuata dal Responsabile del Laboratorio di Prevenzione di Lecco è stato rilevato che il prezzo unitario attualmente pagato dall'ATS della Brianza si riferisce al costo €/ml pertanto il prezzo unitario riportato nella documentazione di gara è da intendere pari ad €/ml 2,475;
- c) L05-08: Il prezzo unitario esposto nella documentazione di gara si riferisce al Kit;
- d) L05-09 Si conferma che il prezzo è per standard: quelli necessari sono 0;1;2;3;4, pertanto si provvede ad inserire tra i documenti di gara sulla piattaforma l'Allegato D5 opportunamente modificato in sostituzione di quello caricato precedentemente;
- e) L05-04: Si conferma che è possibile proporre anche la confezione da 10 fiale;
- f) lotto 3: Per l'operatività del laboratorio i ceppi sarebbero meglio al primo passaggio;
- g) L 05-05/06:
  - 1) La descrizione coerente con i dischetti è la seguente: "Vials con crioconservante per stoccaggio ceppi batterici";
  - 2) L05-06 flacone di supplemento liofilo di D-cycloserina da aggiungere a terreno TSC;
  - 3) L05-05/06 i flaconi non devono essere quelli da infusione.
- h) L 05-05/06/10/11: E' possibile proporre confezioni da 50 dischetti;

## 2. **DOMANDA del 05.09.2017**

Con riferimento alla gara siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) Id L02-02 campy food agar  
**"Campy Fodd" è un marchio commercial, si chiede se corrisponde al terreno cromogeno campyabacter.**
- 2) Id L02-50 agar azide maltose KF piastra 90 mm  
**Si chiede se è ammessa l'offerta della piastra diametro 55 mm.**
- 3) Id L02-54 Agar Tergitol 7 piastra diametro 90 mm  
**Si chiede se è ammessa l'offerta della piastra diametro 55 mm.**
- 4) Id L02-55 Agar Tergitol 7 + TTC piastra diametro 90 mm  
**Si chiede se è ammessa l'offerta della piastra diametro 55 mm.**
- 5) Id L02-65 Terreno TSA in flacone per conta microbica cosmetici flacone da 225 ml

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA**

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco

[www.ats-brianza.it](http://www.ats-brianza.it) - [info@ats-brianza.it](mailto:info@ats-brianza.it) - [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)



**ATS Brianza**

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI  
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche  
Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza

Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail [segreteria.approvv@ats-brianza.it](mailto:segreteria.approvv@ats-brianza.it)

**Si chiede se è ammessa l'offerta del flacone da 100 ml.**

6) Id L02-66 Brodo per arricchimento per analisi cosmetici flacone da 225 ml da 225

**Si chiede se è ammessa l'offerta del flacone da 100 ml.**

7) Id L02-74 acqua distillata sterile – bottiglia stappabile – bottiglia da 1000 ml 50 fl ATS della Montagna – 200 fl ATS di Bergamo

8) Id L02-75 acqua distillata sterile – bottiglia stappabile – bottiglia da 1000 ml 50 fl ATS di Bergamo

Le due voci 74 e 75 sono identiche si chiede chiarimenti.

In attesa di riscontro cordialmente vi salutiamo.

**2. RISPOSTA del 08.09.2017**

In risposta al Vs. quesito del 05.09.2017, sopra riportato, si riportano di seguito i chiarimenti richiesti:

1) L02-02 : Si conferma che il terreno campy food corrisponde al terreno cromogeno per campylobacter;

2) -3) -4) -5) -6) :Per i punti L02-50/54/55/65/66 saranno accettate le alternative di dimensione e capacità proposte dal concorrente;

7) -8) Per il punto L02-74 L'ATS di Bergamo richiede acqua distillata sterile da 1000 ml, mentre per L02-75 acqua distillata sterile da 100 ml.

**3. DOMANDA del 06.09.2017**

Relativamente al lotto 2 - terreni pronti - per le posizioni n. 74 e 75 si chiede di confermare che trattasi dello stesso prodotto e stesso packaging, ma con base d'asta diverse.

**3. RISPOSTA del 08.09.2017**

In risposta al Vs. quesito del 06.09.2017, sopra riportato, si riportano di seguito i chiarimenti richiesti:

Per il punto L02-74 L'ATS di Bergamo richiede acqua distillata sterile da 1000 ml, mentre per L02-75 acqua distillata sterile da 100 ml. Per mero errore materiale è stata indicata, per i contenitori, la stessa capacità. Pertanto correttamente i prezzi unitari sono diversi.

F.to R.U.P.

**Arch. Leonardo Sferazza Papa**

Responsabile del procedimento: Leonardo Sferazza Papa - Qualifica – Dirigente Architetto - Tel. 039.2384202  
Referente della pratica: Cristina Giambelli - Qualifica - Assistente Amministrativo - Tel. 039.2384320

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA**

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco

[www.ats-brianza.it](http://www.ats-brianza.it) - [info@ats-brianza.it](mailto:info@ats-brianza.it) - [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)